

「感染症ER棟X線CT装置 一式」に係る質問に対する回答

No.	質問内容	回答
1	<p>公布された資料「入札説明書」P.4の5-(1)-オ-③保守見積書について 100件、200件、または300件のいずれの提示保守金額は今回の入札には加算されず 参考価格提示（入札参加条件）として添付を要し 落札業者の決定は「入札仕様書」に記載の ①②③のいずれか1点の本体と、それに付随する共通仕様の合算で なされるという理解でよろしいでしょうか？</p>	<p>お見込みのとおり。</p>
2	<p>公布された資料（別紙1）「工事区分表（CT装置関係）」の U「産業用除湿器設置（ドレン接続含む）」について 除湿機の除湿性能については1.4L/h以上の性能を有する機械を設置すれば よろしいでしょうか？</p>	<p>産業用除湿器については、今回調達するCT装置の除湿に必要な能力があるものを設置してください。</p>