

一般競争入札 手術室無影灯 質問・回答

| No. | 質問内容  | 回答  |
|-----|---|---|
| 1   | <p>エア・ウォーター社の仕様がマルチカラーであるのに対して、セントラルユニ社とゲティンゲ社の仕様がシングルカラーではないでしょうか？<br/>もしその様でしたらエア・ウォーター社もシングルカラーで応札させて頂くことは可能でしょうか？</p>   | <p>本入札における無影灯の仕様については、すべて複色対応機種となっています。</p>   |
| 2   | <p>既存品の移設について、移設に際に再点灯しない、取り外す際に目視で分からない破損等があった場合に、他メーカー製の為、修理を行うことができません。作業に起因しない故障の場合の修理費は入札に含められませんが、よろしいでしょうか？<br/>既存品は移設の際に故障があった場合に、既存品のメーカーで修理対応できる機種でしょうか？<br/>撤去した無影灯の廃棄処理のマニフェストは必要でしょうか？<br/>移設の為に追加パーツや、部品の交換が必要になった場合の費用は入札に含まずでよろしいでしょうか？</p> | <p>既存品の移設について、不具合が生じた場合には、その発生原因に応じて修理を対応いたします。既存品はメーカー対応が終了した商品ではありません。また廃棄につきましては、それを証明する書類の提出をお願いします。移設にあたって、追加の部品については発生しないものと考えています。</p> |