

循環器アンギオ装置 一式 質問への回答

No.	質問内容	回答
1	1-6 CRA/CAU方向に最大15° /秒以上に変更頂けますでしょうか。	告示後の仕様の変更には対応致しません。
2	1-14 アーム角度、SID、検査テーブル高の登録が可能であること、に変更頂けますでしょうか。	告示後の仕様の変更には対応致しません。
3	2-4 トータル240° 以上に変更頂けますでしょうか。 (+180° ~-90° 対応可能)	告示後の仕様の変更には対応致しません。
4	4-2 2600kHU以上に変更頂けますでしょうか。	告示後の仕様の変更には対応致しません。
5	4-3 6300HU/sec以上に変更頂けますでしょうか。	告示後の仕様の変更には対応致しません。
6	5-5 最大拡大視野サイズは11.2cm×11.2cm以下に変更頂けますでしょうか。	告示後の仕様の変更には対応致しません。
7	6-1-1 同時表示できること、に変更頂けますでしょうか。 同時表示できなければ臨床的に使用できないと考えます。	告示後の仕様の変更には対応致しません。
8	6-2-2 1280×1080以上に変更頂けますでしょうか。	告示後の仕様の変更には対応致しません。
9	8-1 1p/s以下に変更頂けますでしょうか。	告示後の仕様の変更には対応致しません。