

デジタルX線透視撮影システム 一式
保守仕様書

地方独立行政法人
市立大津市民病院

保 守 仕 様 書

1 件名	デジタルX線透視撮影システム 一式	
2 業務内容	デジタルX線透視撮影システム 1台分 フルメンテナンス保守契約	数量 一式
	設置場所:放射線部 撮影室8	
	【保守対象機器】	
	1. 透視撮影台	
	・透視撮影台	
	・X線可動絞	
	・X線管装置	
	・踏み台	
	・肩当て	
	・被検者用握り	
	・圧迫ユニット	
	・X線グリッド	
	・検査機器側モニター	
	2. X線高電圧装置	
	3. 遠隔操作卓	
	・透視台操作器	
	・X線画像処理装置(画像処理ユニット・モニタ・FPD)	
	4. 近接操作卓	
	5. 1～4に定めのない、納入機器の構成品(機器本体と同メーカーの製品)	
	【保守内容】	
	・問い合わせに対するサポート業務	
	・定期点検(年2回 メーカー指定項目)	
	・定期交換部品費	
	・オンコールサービス(技術料含む)	
	・オンコールサービス交換部品費(リユース品も可)	
	・リモートメンテナンス料	
	・デジタルX線透視撮影システムの軽微なソフトウェアバージョンアップ	
	【業務実施時間】	
	1. 電話受付:24時間365日	
	2. 受付に対するサポート:24時間365日	
	3. オンコールサービス:24時間365日	
	4. 定期点検:平日9:00～17:00	
	5. リモートメンテナンス:24時間365日	
	指定時間外の定期点検については保守料金には含まないものとする	
	【含まないもの】	
	・通常環境外での使用・誤使用・自然災害等に起因して生じた損害の修復	
	・消耗品の供給(天板マット、各種メディア等)	
	・泌尿器用アクセサリ	
	・仕様に定めのない他社製関連機器	
	・点検・修理中の代替機器	
3 備考	<p>※機器納入翌月1日を始期とし、1年目が無償、2年目から10年目までの9年間で有償とする10年間の保守契約を締結する。</p> <p>※年間検査件数の制限はないものとする。</p> <p>※リモートメンテナンスについては、装置の監視等を行うため、院外ネットワークと接続する場合は、当院との専用回線として、物理的又は論理的な閉域性を確保し、第三者によるアクセスを遮断する構成すること。また、専用線ではなくインターネット回線を利用する場合は、外部から院内へ通信はすべて拒否するとともに、装置から外部へ向かう通信は、監視用サーバのみに限定すること。</p> <p>※入札金額(機器導入に係る費用と保守料有償9ヶ年分の合計額)に対し、保守料は50%以内とすること。</p>	