

ウォッシャーディスインフェクター 一式 質問への回答

No.	質問内容	回答
1	仕様変更の可否についてご質問させていただきます ●●●ですが、仕様書に記載されております仕様の国内在庫が尽きている状態になっております。 ●●●社より仕入を調整しておりますが●●からの大口注文により生産が混み合い通常よりも発注後の納期に時間がかかる旨の連絡がありご指定いただいた期限内に納品・設置することが難しい状況であることが判明しました。 つきましてはシングルドア仕様となっているところをダブルドアへの変更をお願いしたく存じます。 シングルドアは器材の投入と取り出しを前方同一方向から行う運用に向けた仕様であり、ダブルドアは器材を前方から投入し後方からの取り出し、またはシングルドアと同様に前方同一方向からの投入と取り出しの運用が選択できます。 <u>ダブルドアをシングルドア仕様として運用することでの洗浄結果に違いはございません。</u> 洗浄槽内寸も同じサイズで洗浄物の積載量も同じです。 また搬入・設置におきましてもシングル・ダブルともに本体寸法に大幅な差異はなく後施設壁面への干渉の心配もございません。 ダブルドアとして入札することは可能でしょうか。	公告後の仕様変更は不可とします。