

令和3年12月10日

## 入札告示等の訂正

地方独立行政法人市立大津市民病院  
理事長 北脇 城

下記のとおり訂正します。

### 記

- 1 告示日  
令和3年12月6日
- 2 件名  
核医学診断装置 一式
- 3 訂正内容  
機能要件仕様書 II 調達物件に備えるべき技術的要件

1-1-13を次のとおり訂正する。

(訂正前)

エネルギー分解能はFWHMで9.5%(UFOV, 140 keV)以下であること。またはAutomatic Quality Controlを備えること。

(訂正後)

エネルギー分解能はFWHMで9.9%(UFOV, 140 keV)以下であること。

1-5-15を次のとおり訂正する。

(訂正前)

Projection と Back-Projection の処理中に対応する CDRF(応答関数)と Projection Ray をコンボリューションすることにより CDR (コリメータ-検出器応答)を高速に補正できること。画像再構成中にコリメータ面からの距離に応じた CDRF のルックアップ・テーブルを利用できること。

(訂正後)

削除

以上