

「一般競争入札 臨床検査部機器 一式賃貸借」に係る質問に対する回答

No.	質問内容	回答
1	不規則抗体の同定試験の自動化が可能です。年間検査総数詳細表に件数が入っておりませんが年間試算に入れた方が宜しいでしょうか。	当該検査については試算に含みません。
2	輸血検査 不規則抗体同定試験を自動機で実施されますでしょうか？ その際の年間検体数の開示をお願い致します。 年間試算に計上しますでしょうか？	当該検査については試算に含みません。
3	12 入札方法等 (8) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするとありますが賃貸借開始が10月以降になりますので請求時の消費税率でのご請求となりますが宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	入札金額には、機器設置に必要なレイアウト変更、電源、給排水等の費用は含まなくて良いのですか	含みます。
5	一般競争入札機器構成表①血液ガス分析装置 ラジオメーター社製ABL90FLEXと同等機種 ABL-800FLEXでの入札は可能ですか	ABL-800FLEXでの入札は不可能です。
6	別表試薬一覧表に記載する試薬消耗品は、機器関連試薬のみですか	お見込みのとおりです。
7	下記品目は含めなくて良いのですか ・機器を使用しないマニュアル検査（輸血：抗体価、同定検査、化学：T-BIL簡易、アンモニア、EXT、β D-G） ・共通消耗品 真空採血管、尿スピッツ、輸送容器等	含みません。
8	腎臓移植を含め臓器移植の前検査、新生児黄疸試験に実施される抗体価試験が今回の自動機では実施可能です。年間試算に計上しますでしょうか？あるいは、今後の検討事項として今回の試算には計上を見送って宜しいでしょうか？	計上しません。
9	検査試算は、現行検査をベースとしての試算で良いですか（検査内容）	年間検査総数詳細表に基づき試算をしてください。
10	保守サポート時間は、メーカー基準による対応としますが、問題ありませんか	保守サポート時間については当院通常営業時間において当該検査機器が稼動を保てる様サポートできる時間帯がカバーされていれば問題ありません。