

一般競争入札
オートクレーブ 一式
仕様書

地方独立行政法人
市立大津市民病院

仕 様 書

1 件名

オートクレーブ 一式

2 仕様

以下を全て満たすこと。

品名・型式	数量
三浦工業 包装品用高圧蒸気滅菌器 RX-32FVW クリーン蒸気仕様	一式
・包装品用高圧蒸気滅菌器 RX-32FVW ドア構造・開閉機構 自動シャッター式ドア・自動締付	1
・漏水検知器セット 15A AC100V ノーマルオールオープン	1
・電磁弁 DK12-15A-03A-AC100V 15A	1
・水撃防止器 WP-1 15A	1
・クリーン蒸気ボイラの故障時に対応できるよう、リボイラ相互連結システムを備えること。	
・RO水製造装置の長期不具合発生時に対応できるよう、一般蒸気を滅菌用に供給するバイパス回路を内蔵すること。	
・装置の運用を円滑に行うため、滅菌に従事する職員への説明、教育訓練および技術的サポートを行うこと。	
・納入に係る経費は売払人の負担とする。 (搬入・設置・据付調整・配線・二次側工事・院内既存システムとの連携設定・調整、当院職員の教育訓練等、調達物品の当院での稼動・運用を開始するまでに発生する費用)	
・既設のRO水製造装置との接続(1次側配管等施工も含む)・設定・調整を行うこと。	
・設置・工事についてはメーカーの設置基準を満たす方法で行い、設置前後及び作業工程の写真を載せた作業完了報告書(任意様式・1部)を納品書に添えて施設契約課へ提出すること。	
・設置場所は本館地下1階材料滅菌部内とする。	
・納入は土曜日及び日曜日を行うことを基本とし、当院職員と設置方法、スケジュール等(教育訓練を含む)を協議の上、当院の承認後に行うものとする。	
・納入に際し施設契約課より指示のある場合、作業連絡票(当院様式)を2営業日前までに提出すること。	
・既存機器の撤去・引取を行うこと。	
・当院職員の立会いのもと、調達物品全体の正常動作を確実に確認すること。	
・契約締結後、納入先所属長と納入方法・日程の調整を行うこと。	
・納期が判明次第、納入先所属長及び施設契約課へ報告すること。	
・納入(検査合格)後1年以内の通常使用による故障及び障害に対しては、無償保証で修理・動作保証・調整作業等を行うこと。	
・無償保証の対象は調達物品の仕様・内訳を構成する全ての部品・部材とするが、印刷用紙やインク等の社会通念上明らかな「消耗品」であるもの、納入後1年以内に交換する定期交換部品や当院側設備に該当するものは除く。	
・製造番号のあるものは納入3営業日前までに施設契約課へ報告し、事前に施設契約課から受け取った備品シールを納入時に貼付すること。	

3 納入期限

令和7年9月30日