

デジタルX線透視撮影システム 一式  
保守仕様書

地方独立行政法人  
市立大津市民病院

# 保 守 仕 様 書

1 件名

デジタルX線透視撮影システム 一式

2 業務内容

数量

デジタルX線透視撮影システム 2台分 フルメンテナンス保守契約	一式
設置場所: 消化器内視鏡センター	
<b>【保守対象機器】</b>	
1. 透視撮影台	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・透視撮影台</li> <li>・X線可動絞り</li> <li>・X線管装置</li> <li>・踏み台</li> <li>・肩当て</li> <li>・被検者用握り</li> <li>・圧迫ユニット</li> <li>・X線グリッド</li> </ul>	
2. X線高電圧装置	
3. 遠隔操作卓	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・透視台操作器</li> <li>・X線画像処理装置(画像処理ユニット・モニタ・FPD)</li> </ul>	
4. 近接操作卓	
5. モニターの天吊りアーム部	
6. 録画装置	
<b>【保守内容】</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・問い合わせに対するサポート業務</li> <li>・定期点検(年2回 メーカー指定項目)</li> <li>・定期交換部品費</li> <li>・オンコールサービス(技術料含む)</li> <li>・オンコールサービス交換部品費(リユース品も可)</li> <li>・リモートメンテナンス料</li> <li>・デジタルX線透視撮影システムの軽微なソフトウェアバージョンアップ</li> </ul>	
<b>【業務実施時間】</b>	
1. 電話受付: 24時間365日	
2. 受付に対するサポート: 24時間365日	
3. オンコールサービス: 24時間365日	
4. 定期点検: 平日9:00~17:00	
5. リモートメンテナンス: 24時間365日	
指定時間外の定期点検については保守料金には含まないものとする	
<b>【含まないもの】</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常環境外での使用・誤使用・自然災害等に起因して生じた損害の修復</li> <li>・消耗品の供給(天板マット、各種メディア等)、モニター</li> <li>・仕様に定めのない他社製関連機器</li> <li>・点検・修理中の代替機器</li> </ul>	

3 備考

※機器導入後1年間を無償期間とし、2年目から10年目までの9年間を有償とする10年間の保守契約を締結する。  
 ※入札金額(機器導入に係る費用+保守料有償9年分)の合計に対し、保守料有償9年分の委託料は53%以内とすること。  
 ※リモートメンテナンスについては、装置の監視等を行うため、院外ネットワークと接続する場合は、当院との専用回線として、物理的又は論理的な閉域性を確保し、第三者によるアクセスを遮断する構成すること。また、専用線ではなくインターネット回線を利用する場合は、外部から院内へ通信はすべて拒否するとともに、装置から外部へ向かう通信は、監視用サーバのみに限定すること。