

手術部スコープシステム賃貸借

調達仕様書

市立大津市民病院

仕 様 書

- 1 調達物品 手術部スコープシステム 一式
(保守を含むフルメンテナンスリース)

2 構成内訳

①オリンパスメディカルシステムズ(株)製

製品名	型式	数量
OES ELITE 光学視管 30° φ4mm	WA2T430A	2
ライトガイド	WA03300A	2
シース 24Fr. 首振型マンドリン付き(内シース専用)	A22040T	2
灌流シース 26Fr. 回転型	A22026A	2
ハンドル (12° /30° 用パッシブ、電解質溶液下レゼクト用)	WA22367A	2
ESG-400 用 A コード(電解質溶液下レゼクト用)	WA00014A	2
吸引シリンジ	A0555	2
高周波焼灼電源装置	ESG-400	1
生検鉗子(カップ型 30° 光学視管用)	A20713A	2
アダプター	A3408	2
滅菌コンテナ	WA05970A	3
滅菌コンテナ用トレイ	A5976	2
ハンドル(7Fr. チャンネル付き)	A22065A	1
ガイドチューブ(12mm チャンネル付き)	A00562A	1
シングルペダルフットスイッチ	WB50403W	2
エナジーカート	TC-E400	1
腎盂尿管ビデオスコープ	URF-V3	1
ENDO-EYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ (保守のみ)	LTF-S190-10	1

または

②上記仕様と同等内容のもの

- 3 納入期限 令和2年4月30日
- 4 契約期間 令和2年5月1日から令和7年4月30日まで(60ヶ月)

5 保守

納入日から1年間は無償保証期間として、受注者の負担で、保守、点検、修理を行うこと。1年目以降の契約期間中については、フルメンテナンス対応とすること。なお、フルメンテナンスとは、以下の条件以上の内容とする。

- ・すべての保守部品について修理・交換を無償で対応すること。（但し当院の悪意又は重過失により生じた故意の修理費を除く）
- ・定期的に点検を行うこと。
- ・緊急故障時には早急に復旧できる体制を有すること。（代替品（同一型番の製品が販売中止の時は当院と協議の上、後継機種を用意すること）の貸出を含む）

6 機器の搬入 機器の搬入及び据付・調整は受注者が責任を持って行うこと。

7 その他

- ・調達物品については未使用の新品とする。
- ・仕様②については提案仕様確認および採用決定後入札に参加頂くため、入札参加申請時に仕様書も提出すること。
- ・対象機器一式に対する月額賃貸借料（税抜）に60(ヶ月)を乗じた金額をもって落札額とする。