

パノラマ撮影装置
入札仕様書

地方独立行政法人
市立大津市民病院

仕 様 書

1 件名 パノラマ撮影装置

2 業務内容 数量

1	(株)モリタ製作所	
	・ベラビューエポックス X700+2D CP	1
	・ネットギア 3Dfα 用ギガハブ5ポート×2	1
	・サーバーセット W580 II	1
	・i-Dixel2 X サーバソフト	1
	・Barco 液晶24 (EONIS24 black MK II)	1
	・ダイコムMWM カードリーダー同時接続	1
	・ツイストペアケーブル20m	1
	・壁固定金具延長キット	1
	・レントゲン設置届作成(漏洩検査含)	1
	・富士フイルムメディカル(株) SYNAPSE Standard 設定先拡張(18A)	1
	・接続エンジニアリング(DICOM Storage)	1
	DICOM Storage(歯科撮影装置接続)	
	F-RIS/Report	1
	・歯科撮影装置接続 MWM更新接続(歯科撮影装置接続)	1
	・NWLAN敷設	1
2	朝日レントゲン工業(株)	
	・<パノラマ・セファロX線撮影装置>Hyper-GCMF	1
	・撮影用コンソールPC	1
	・モニター23.8型	1
	・NEOPREMIUM II DICOM	1
	・レントゲン設置届作成(漏洩検査含)	1
	富士フイルムメディカル(株) SYNAPSE Standard 既設先拡張(18A)	1
	・歯科撮影装置接続	1
	DICOM Storage(歯科撮影装置接続)	
	F-RIS/Report	1
	・歯科撮影装置接続 MWM更新接続(歯科撮影装置接続)	1
	・NWLAN敷設	1

上記1・2のいずれか
それぞれ、機器搬入・設置・取り付け・調整作業を行うこと
※導入後1年間の無償による修理・動作保証・調整作業を含む
ネットワーク接続については、富士フイルムメディカル株式会社製
画像システム(相手側)の連携費用を含めること

- 3 概要 パノラマ撮影装置
- 4 納入期限 令和4年3月31日
- 5 備考 納品完了後に、竣工図面関連等一式を当院施設契約課あて提出すること
 取り付け・既存撤去などにおける作業等については、当院施設契約課と事前に協議した上で、
 連絡を密に行うこと
 電子カルテや部門システムなど、当院医療情報システムとの接続・設定などにおける作業等
 については、医療情報システム室と事前に協議した上で、連絡を密に行うこと