

## 感染症ER棟CT装置 保守点検業務 入札仕様書

### 1 対象機器

全身用X線コンピュータ断層撮影装置	製造番号	点検回数
Revolution EVO EX	EV0251	年3回

### 2 保守内容

全身用X線コンピュータ断層撮影装置 Revolution EVO EX保守契約		
保守プラン：IntelligentSupport CT（24H）（X線管込）		
オンコール対応、定期交換部品、点検時および修理時交換部品含むフルメンテナンス（リモートメンテナンス含む）		
詳細については以下のとおり		
No.	項目名	保守内容等
1	カスタマーコールセンター対応	24時間・365日
2	定期点検（年3回）	平日9:00～22:00対応
3	定期交換部品	
4	緊急修理保守サービス	
5	緊急修理保守部品	
6	TubeCare	X線管ユニット保守
7	X線管故障予兆サービス	
8	One Watch 2.0 LITE	
9	OriGEN Basicサービス	
10	補用品サポート	指定の補用品交換サービス
11	InSite BB	緊急リモート診断 リモートメンテナンスサービス
12	iCenter	当該機器メンテナンス情報WEB配信 サービス
保守契約に含まれないもの		
・ 消耗品/ディスプレイ/サブルー品、非純正アクセサリ等		
・ 他社製品、および契約外オプション品		

### 3 保守料算出条件

月間平均検査件数を300件と想定して算出すること。

### 4 その他

作業実施者が都度作業報告書を、受託者が業務完了報告書および納品書を当院へ提出すること。  
なお、上記保守内容についてはGEヘルスケア・ジャパン株式会社が実施するものとする。