

(別紙)調達物件仕様要件書

品名等	要求仕様	数量
1.健診データ収集用機器	・別表1に記載の計測機器で取得した検査結果をリアルタイムに当院の健診システム(株式会社テクノア iD-Heart Ver.2)に連携できること	5台
	・バーコードリーダーを利用して、リストバンドに印字された健診者ID(一次元バーコード)を読み取れること	
	・取扱説明書又は操作手順書を納品すること	
	※参考機種 エー・アンド・デイ社製 データ収集アダプタAD-6904Aと同等の機能を有すること	
2.バーコードリーダー	・一次元バーコードリーダーであること	5台
	・健診データ収集用機器と接続可能であること	
	※参考機種 エー・アンド・デイ社製 バーコードリーダーRS232C電源供給タイプ (AX-BCR-RS232C)と同等の機能を有すること	
3.感熱発色リストバンド	小林クリエイト社製 1Dayモデル日帰りくん 150枚/巻×10巻/箱	5箱

【特記事項】

- ・健診システム(株式会社テクノア iD-Heart Ver.2)と健診データ収集用機器の連携費用を含めること
(両方のシステムに係る費用を含めること)
- ・健診システム(株式会社テクノア iD-Heart Ver.2)から、当院が所有するラベルプリンタ(別表2)を用いてリストバンドを印字できること
- ・搬入費及び端末機の設定・設置費を含めること
- ・納品機器は全て新品であること
- ・次のテストを確実に実施すること
 - (1)別表1に記載の計測機器で取得した検査結果をリアルタイムに当院の健診システムに連携できること
 - (2)バーコードリーダーを利用して、リストバンドに印字された健診者ID(一次元バーコード)を読み取れること
 - (3)一次元バーコードリーダーが健診データ収集用機器と接続可能であること
 - (4)健診システムから、当院が所有するラベルプリンタ(別表2)を用いてリストバンドを印字できること
- ・保守形態はスポット保守とする。但し、機器の修理期間中は、業務に支障が無いよう速やかに代替機を用意すること

別表1 計測機器一覧

機器	製造業者	品番	必須連携項目
身長・体重計	タニタ	DC-270A-N	身長、体重、BMI、標準体重、体脂肪率
血圧計	OMRON	健太郎HBP-9035	血圧1回目(最高)、血圧1回目(最低)、 血圧2回目(最高)、血圧2回目(最低)、心拍数(脈拍)
聴力計	RION	AA-K1A	聴力1000Hz右、聴力1000Hz左、聴力4000Hz右、 聴力4000Hz左
視力計	NIDEK	NV-350	視力裸眼右、視力裸眼左、視力矯正右、視力矯正左
眼圧計	NIDEK	NT-1	眼圧右、眼圧左

別表2 当院が所有するラベルプリンター一覧

製造業者	品番
小林クリエイト	IP-205
	IP-206
	IP-226
	IP-300
	IP-320