

一般競争入札
歯科用診療ユニット 一式
仕様書

地方独立行政法人
市立大津市民病院

仕 様 書

1 件名

歯科用診療ユニット 一式

2 仕様

以下の①または②を選択し、③は共通して満たすこと。

①	品名・型式	数量
	モリタ東京製作所 シグノT300 オーバーアーム・ステップ	一式
	・ステップ オーバーアーム	1
	・ツインパワータービン(LEDライト付き)AIキャッチ付き	1
	・クリーンエアシステム(1回路仕様)	1
	・マイクロモーター TR-S3-O(LEDライト付き)	1
	・超音波スケーラー ニュートロン(LEDライト)	1
	・スリーウェイシリンジ ノズル滅菌タイプ WS201×2(Dr側+DH側)	1
	・バキューム セパレーター 一式	1
	タンク自動洗浄機能(バキューム管路クリーンシステム付)	1
	・配管ピット 別置きタイプ(小型サブピット仕様)	1
	・バキュームシリンジ 吸引量調整付き(φ16)	1
	φ10変換アダプター	1
	EVチューブ延長 +200mm	1
	・ヘッドレスト 2軸式	1
	・フットコントローラー	1
	・オペレーティングライト ルナビューTS(LED1灯)オートライト仕様	1
	・ガスバーナ(Tバーナ)	1
	・術者側アームレスト	1
	・ペーパーホルダー(オーバーアーム専用)	1
	・ドクター側シリコーントレーシート(縁付きタイプ)	1
	・オペレーティングスツールT2(OS-A40)	1

または

②	品名・型式	数量
	タカラベルモント シェルト ベースマウントタイプ	一式
	・シェルトチェア白 BM本体タイプA DC-CIEA-BMHW	1
	・シェルトAレーザーES未定 DP-CIEA-ES98	1
	・スティックSW 無 DJ-CIEA-57WXXX	1
	・透明ビニールシートカバー DJ-CIE-VC	1
	・シェルト白 ドクターBM DU-CIE-DBMW	1
	・ホルダータイプ4本仕様 DY-CIE-D4HW	1
	・シリンジ3WAYBT14型DR DY-CIE-66H	1
	・MW2本体・基板・ホース(TH) DA-MX2B1	1
	・MW2仕様 DY-CIE-51H1	1
	・ニュートロンスケーラー(TH) DG-NEWTORON1	1
	・NEWTRONスケーラー仕様 DY-CIE-06NH1	1
	・ライト付ハンドピース回路(TH) DY-CIE-04LH1	1
	・フットコンスライド式切替SW付(無線) DY-CIE-ESF	1

・無線フットコン対応 DZ-CIE-TF1W	1
・シリコンマットセット DY-CIE-55S	1
・オートガスバーナーセット DY-CIE-11AW	1
・モニター無 DY-CIE-89XW	1
・紙コップ汚物入れ DY-CIE-79P	1
・シェルト白 ガスピダーBM DU-CIE-BMSPW	1
・シリンジ3WAYBT14型AS DZ-CIE-66S	1
・セパレーターCS1組込み DZ-CIE-30WSP	1
・バキュームHP VH-18 DZ-CIE-18BT	1
・セントラル排唾仕様DURR製HP DZ-CIE-60D	1
・標準サイドパネル DZ-CIE-HGNW	1
・カスピダLED表示装置 DZ-CIE-LED	1
・スピットンボウル 白仕様 DZ-CIE-BW	1
・エアーカブラー DZ-CIE-36	1
・水カブラー DZ-CIE-37	1
・ステラライトヴィータ仕様 DZ-CIE-92LVW	1
・ステラライトヴィータ DL-D109W	1
・カップリングDA-385LEDKV DA-385LEDKV	1
・aスツールL HL ES_ES色未定 DH-A1LH-ES98	1
・タービン DA-391X-KNH本体 DA-391X-KVHS12	6

および

③	<p>・装置の運用を円滑に行うため、医師及び当該診療に従事する職員への説明、教育訓練および技術的サポートを行うこと。</p> <p>・落札後、納入期限までにモデルチェンジ等により、対象機器を納入することが出来なくなった場合には、当院と協議のうえ後継同等機種を落札価格の範囲内で納入すること。</p> <p>・納入に係る経費は売払人の負担とする。 (搬入・設置・据付調整・配線・二次側工事・院内既存システムとの連携設定・調整、当院職員の教育訓練等、調達物品の当院での稼動・運用を開始するまでに発生する費用)</p> <p>・納入は当院職員と設置場所、設置方法、スケジュール等(教育訓練を含む)を協議の上、当院の承認後に行うものとする。</p> <p>・納入に際し施設契約課より指示のある場合、作業連絡票(当院様式)を2営業日前までに提出すること。</p> <p>・当院職員の立会いのもと、調達物品全体の正常動作を確実に確認すること。</p> <p>・納入(検査合格)後1年以内の通常使用による故障及び障害に対しては、無償保証で修理・動作保証・調整作業等を行うこと。</p> <p>・無償保証の対象は調達物品の仕様・内訳を構成する全ての部品・部材とするが、印刷用紙やインク等の社会通念上明らかな「消耗品」であるもの、納入後1年以内に交換する定期交換部品や当院側設備に該当するものは除く。</p> <p>・製造番号のあるものは納入3営業日前までに施設契約課へ報告し、事前に施設契約課から受け取った備品シールを納入時に貼付すること。</p>
---	--