

## 人工呼吸器 Monnal T60 年間保守業務仕様書

### 1 対象機器

機器名	対象機種	設置場所
アイムアイ株式会社 人工呼吸器 Monnal T60	・ S/N : MT60-08162 ・ S/N : MT60-08163 ・ S/N : MT60-08165 ・ S/N : MT60-08166	臨床工学部

### 2 保守内容

期間	令和4年9月1日から令和8年8月31日
契約種別	ベーシック
対象項目	(1) 定期点検技術料 (2) 定期交換パーツ ・ 1年点検交換パーツ（保守点検キットMT60、酸素セル、エAINテークフィルタ/呼気バルブシール（点検 6ヶ月後交換分） ・ インターナルバッテリ ・ マイクロプロワユニット (3) 修理技術料 (4) 時間内外オンコール (5) 代替器 (6) 出張費 (7) 補助バッテリ 2年に1個