

「一般競争入札 内視鏡サーバ一式」に係る質問に対する回答

No.	質 問 内 容	回 答
1	入札仕様書の第二項「業務内容」、「内視鏡サーバ 富士フイルムメディカ製 内視鏡検査支援システム」の内訳にある、「NAS用UPS（CR-750）」は、当システム提案には含まれておりませんが必要でしょうか。	必要ありません。
2	富士フイルムメディカ社、リカス社の二つのシステムが記載されていますが、富士フイルムメディカ側にある「カナル内視鏡（ギブソ画像診断システム関連）」の項目がリカス社様側には「含まれていない」ように見受けられますが、「カナル内視鏡」は今回の調達に含まれるのでしょうか。	含まれております。
3	現内視鏡部門システムは既存「電子カルテ」、「放射線画像システム」、「病理システム」、「地域連携システム」と以下の連携を行っていますが、本調達においても同様の連携は必要でしょうか。 必要な場合、「電子カルテ」、「放射線画像システム」、「病理システム」、「地域連携システム」側にも「接続作業費用」が発生する場合がございますが、その費用も今回の入札金額に含む必要がございますでしょうか。 ・「電子カルテ」と「検査依頼情報連携」、「進捗情報連携」、「画像・検査レポート参照連携」。 ・「放射線画像システム」と「画像参照連携」。 ・「病理システム」と「病理結果参照連携」。 ・「地域連携システム」と「検査画像・レポート送信連携」。	連携は必要です。 システム側の接続費用は含みません。
4	現内視鏡部門システムに蓄えられています過去データ（画像、レポート）については、今回の調達システムに「データ移行」する必要があると存じますが、現内視鏡部門システムのデータを抽出する際に既存システムベンダー側に発生する費用についても、今回の入札金額に含む必要がございますでしょうか。	必要ありません。
5	富士フイルムメディカのご提案は、ご提案時の御見積書備考欄にも記載しておりましたとおり、現内視鏡部門システムで使用している検索端末1台を「流用する」前提です。 従いまして現状と同じ運用を実現するには「新規8式＋流用1式＝9式」の検索端末（レポート作成端末）が必要と思われますが、認識は合っていますでしょうか。 検索端末の必要台数をご明示頂きたく存じます。	お見込みの通り。 必要台数は仕様書の通りです。